



## KUNDENINFORMATION

Hamburg, 03.02.2022

### Kompatibilität von Apple iPhones und iPads mit Bacillo® 30 Sensitive Foam / Tissues

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie fragten bei uns an, ob iPhones und iPads der Firma Apple, Inc. mit Bacillo® 30 Sensitive Foam / Tissues desinfiziert werden können.

Bacillo® 30 Sensitive Foam/Tissues können für die Desinfektion von Apple iPhones und Apple iPads eingesetzt werden. Die von Apple, Inc. verwendeten Materialien erweisen sich als sehr robust und sind daher mit den Produkten kompatibel. Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass keine Flüssigkeit während der Desinfektion in die Geräte eindringt.

Das Apple iPhone ist seit der Modellgeneration iPhone 7 wasserfest (IP67) bzw. seit der Modellgeneration iPhone XS wasserdicht (IP68). Die IP-Zertifizierung finden Sie bei allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 7 in den Unterlagen. Es gibt jedoch keine Garantie gegen Wasserschäden. Daher muss ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass keine Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen.

Freundliche Grüße

**BODE Chemie GmbH**  
**HARTMANN SCIENCE CENTER**

Dr. Brigitte Hérit  
Expert Infection Prevention

Lilly Strüven  
Expert Infection Prevention

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Die Aussagen in dem Dokument entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Zukünftige Änderungen sind möglich, ohne dass Sie davon in Kenntnis gesetzt werden.